



Allgemeiner Desinfektionsplan

URK HAUPT

QM

DIN EN ISO 9001: 2015

Stand: Mai 2025

Was	Wann, wie oft	Wie	Womit	Wer
Trage Tragestuhl	Zur wöchentlichen Fahrzeugdesinfektion Nach Gebrauch und bei Kontamination	desinfizierendes Abwischen	Microbac® Virucidal Tissues 0,245% - 30 Min Bacillo® 30 Sensitiv Tissues 30% - 30 Minuten	Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
Wände Decken Fußboden Materialschränke Tragetisch Wandhalterungen	Zur wöchentlichen Fahrzeugdesinfektion Nach Gebrauch und bei Kontamination	desinfizierendes Abwischen	Microbac® Virucidal Tissues 0,245% - 30 Min. Bacillo® 30 Sensitiv Tissues 30%-30 Min.	Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
Notfallrucksack Schaufeltrage Vakuumschienen Kammerschienen Vakuummatratze	Zur wöchentlichen Fahrzeugdesinfektion Nach Gebrauch und bei Kontamination	desinfizierendes Abwischen	Microbac® Virucidal Tissues 0,245% - 30 Min. Bacillo® 30 Sensitiv Tissues 30% - 30 Min.	Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
Stethoskop Blutdruckmessgerät Staubbinde Infusionspumpe Spritzenpumpe Pulsoximeter EKG / Defibrillator Respirator Absaugpumpe Laryngoskopgriff	Zur wöchentlichen Fahrzeugdesinfektion Nach Gebrauch und bei Kontamination	desinfizierendes Abwischen	Microbac® Virucidal Tissues 0,245% - 30 Min. Bacillo® 30 Sensitiv Tissues 30% - 30 Minuten	Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
⇒ nach Transport meldepflichtiger Krankheiten ⇒ nach Transport von Patienten mit CDAD / CDT M(O)RSA / VRE MRGN / ESBL / CPE Noro-Virus Corona-Virus	Sofort nach Transport Sofort nach Transport	Scheuerdesinfektion des Fahrzeugs gemäß § 18 Infektionsschutzgesetz Eigenschutz Beachten Wischdesinfektion	Vorgabe Gesundheitsamt Siehe auch im speziellen Desinfektionsplan Flächendesinfektion aller Kontaktflächen des Patienten und des Personals mit Bacillo® 30 Sensitiv Tissues Kontaktflächen 30% - 30Min. Fahrzeug 30% - 30 Min.	Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt Hygienefachkraft im RD Desinfektor Rettungssanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt

Datum	Ersteller	Freigabe	Version	Seite
06.05.2025	M. Dräger	S.Baer	3.2	1 / 1



Allgemeiner Desinfektionsplan

URK HAUPT

QM
DIN EN ISO 9001: 2015

<u>Instrumente:</u> Magillzange Klemmen Guedeltuben Wendeltuben Mundkeil Beatmungsmasken Peep – Ventil Laryngoskopspatel Führungsstäbe Patientenventil	nach Gebrauch	Erst desinfizieren, dann reinigen! Einmalartikel fachgerecht entsorgen.	Microbac® Virucidal Tissues 0,245% - 30 Min.	Rettungsanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
Hygienische Händedesinfektion	Vor Arbeitsbeginn, vor und nach Patientenkontakt, nach Kontakt mit kontaminierten Material, nach Toilettenbenutzung, bei Dienstschluss	Desinfektionsmittel aus Wandspender entnehmen 3-5 ml Konzentrat 30 sek. in die trockenen Hände einreiben	Hände-Desinfektionsmittel Desmanol Care® 3-5 ml – 30 Sekunden (auch bei Noro-Virus)	Rettungsanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
Händereinigung	Nach Verschmutzung, nach Toilettengang, nach dem Einsatz, vor Mahlzeiten	Händewaschung, abtrocknen nur mit Einmalhandtücher	Flüssigseife aus Spendern	Rettungsanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
Händepflege Hautschutz	Mehrmals täglich, nach Händedesinfektion, nach Händereinigung	Hautschutzlotion in die Hände einreiben	Hautschutzlotion aus Spendern	Rettungsanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
Hautdesinfektion	vor Injektionen, vor Punktionen, vor chirurgischen Eingriffen	Hautdesinfektionsmittel aufbringen (Spray) Hautstelle vollständig benetzen, Einwirkzeit beachten, nur sterile Tupfer verwenden	Haut-Antiseptikum Cutasept®F 30 sek.	Rettungsanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
Einmalhandschuhe	vor jedem Patientenkontakt	Anziehen und bei Beschädigung wechseln		Rettungsanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
Mundschutz Augenschutz	Bei Spritzgefahr von Blut, Sekreten, bei bestimmten Infektionspatienten	selbst anlegen evtl. Patienten anlegen		Rettungsanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
Dienstbekleidung	Wechseln nach grober Verschmutzung und nach Dienstende	wechseln		Rettungsanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
Einmalmaterial: Spritzen Tupfer Kompressen Handschuhe Sauerstoffsonden	Im Einsatz Nach dem Einsatz, bzw. nach Dienstende	In flüssigkeitsdichte Abfallbeutel abwerfen Abfälle in den Hausmüll entsorgen		Rettungsanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt

Datum	Ersteller	Freigabe	Version	Seite
06.05.2025	M. Dräger	S.Baer	3.2	2 / 1



Allgemeiner Desinfektionsplan

URK HAUPT

QM
DIN EN ISO 9001: 2015

scharfer und spitzer Abfall	Sofort nach Gebrauch ⇨ 2/3 volle Behälter ⇨	In durchstichsichere Behälter abwerfen Geschlossen im Hausmüll entsorgen		Rettungsanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt
Putzutensilien	Nach Gebrauch	Einmaltücher entsorgen, mehrfach Putztücher desinfizierend auswaschen und trocknen		Rettungsanitäter Rettungsassistent Notfallsanitäter Notarzt

Bielefeld, den 06.05.2025

Lutz Cierpka

Geschäftsführer

Stefan Baer
Notfallsanitäter

Desinfektor

Hanna Pede
Rettungsanitäterin

Hygienebeauftragte

Michael Dräger, DESA
Facharzt für Anästhesiologie,
Intensivmedizin, Notfallmedizin
Ärztlicher Leiter

Datum	Ersteller	Freigabe	Version	Seite
06.05.2025	M. Dräger	S.Baer	3.2	3 / 1